



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Βόλος 17/01/2012

ΠΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

Πληροφορίες : Κ. Μπρούτσου-Ε. Διομή
Τηλέφωνο : 24210 66156, 68525
Fax : 24210 83040

ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την κλειστή προσφορά σας για διακρίβωση του κάτωθι εξοπλισμού του Εργαστηρίου δοκιμών:

- 1) Ένα (1) πρότυπο βάρους κλάσης E2 του 1 g.
- 2) Ένα (1) φασματοφωτόμετρο VIS με εύρος μέτρησης 340 – 900 nm και αναγνωσιμότητα 1 nm.
- 3) Ένας (1) εργαστηριακός κλίβανος ξήρασης με περιοχή θερμοστάτησης 5 °C πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου έως 300 °C και ελάχιστη υποδιαίρεση 1 °C – διακρίβωση στους 104 °C με κατανομή.
- 4) Ένας (1) θερμοστατούμενος θάλαμος BOD, με εύρος 10 °C – 40 °C και ελάχιστη υποδιαίρεση 0,1 °C – διακρίβωση στους 20°C με κατανομή.
- 5) Ένα (1) ηλεκτρονικό καταγραφικό θερμοκρασίας και υγρασίας με θερμοκρασιακό εύρος -40 έως 80 °C και αναγνωσιμότητα 0,1 °C, και εύρος σχετικής υγρασίας 0 έως 100% και αναγνωσιμότητα 0,1% – διακρίβωση σε τρία θερμοκρασιακά σημεία και τρία σημεία σχετικής υγρασίας (χρησιμοποιείται για καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών του Εργαστηρίου δοκιμών).
- 6) Ένα (1) θερμομόμετρο υγρής στήλης με εύρος μέτρησης -10 °C έως +200 °C και ελάχιστη υποδιαίρεση 1 °C (0,5 °C εκτίμηση) – διακρίβωση στα εξής σημεία: 0, -10, 10, 20, 100 °C.
- 7) Δύο (2) ψηφιακές πιπέτες ρυθμιζόμενου όγκου, η πρώτη με εύρος μέτρησης 500 – 5000 μl και ελάχιστη υποδιαίρεση 5 μl, και η δεύτερη με εύρος μέτρησης 1000 – 10000 μl και ελάχιστη υποδιαίρεση 10 μl.





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

- 8) Ένα (1) ψυγείο συντήρησης προτύπων/δειγμάτων οικιακό χωρίς οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας – διακρίβωση στους 5 ± 3 °C.
- 9) Πέντε (5) ογκομετρικές φιάλες υπερπλήρωσης των:
432 ml, 365 ml, 250 ml, 164 ml, 97 ml.
- 10) Μία (1) ογκομετρική φιάλη γυάλινη grade A του 1 L.

Στην προσφορά σας θα πρέπει να αναφέρετε αναλυτικά, εάν για κάθε ένα από τα μεγέθη που μας αφορούν έχετε διαπίστευση από το ΕΣΥΔ, ώστε οι διακρίβώσεις να διεξάγονται με επίσημα διαπιστευμένες μεθόδους για κάθε μέγεθος.

Η τελική έκδοση των πιστοποιητικών διακρίβωσης θα πρέπει να γίνει με το λογότυπο του φορέα διαπίστευσης.

- Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141 2^{ος} όροφος μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 24-01-2012
- Οι προσφορές εξωτερικά του φακέλου πρέπει να απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμών Προμηθειών. Επίσης, **στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του θέματος της προσφοράς.**
- Οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως και **δεν** θα συμπεριλαμβάνουν το **ΦΠΑ**. Επίσης, οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση υπάρξει πρέπει να δηλωθεί.

Ο Διευθυντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΜΒ

Δ. Κουτσιφέλης

